

ZERTIKAT

CENTEXBEL PRÜFUNG | ZERTIFIZIERUNGSBERICHT Nr. YR1848_2017

Auf Grund des Analyseberichts Nr. 17.03336.01, 17.03336.02 und 17.03336.03, mit Datum 24/07/2017, bestätigen wir, dass den nachstehenden Gegenstand von Centexbel überprüft worden ist konform der Norm Biologische Bewertung von medizinischen Geräten – Teil 5: Tests für in-vitro zytotoxizität.

Der Gegenstand weist die folgende Eigenschaft auf

Keine Zytotoxizität

Vorausgesetzt dass er ordnungsgemäß angewendet worden ist.

Die Bewertung in Bezug auf des Zytotoxizität fand statt laut dem ISO 10993-5 : 2009 Bewertungsschema.

MUSTER


Polyurethane foam: EUCABASE®, EUCAFEEL® und EUCASELECT®

Betrieb

Kabelwerk Eupen AG
Malmedyerstrasse 9
4700 EUPEN
Belgien

Zertifikat Nr. YR1848_2017 ist gültig bis zum 24/07/2022

Centexbel | Technologiepark 7 | BE 9052 Gent | Belgien, 1/12/2017

i.o. 
Stijn Devaere, PhD - Director Services